



CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA TYPU WE NR PL 13 001

CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL NO PL 13 001

Aktualizacja nr 1
Revision no 1

Wydany przez: GŁÓWNY URZĄD MIAR
Issued by: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
Jednostka
Notyfikowana: 1440
Notified Body:

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), wdrażającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE.
In accordance with: regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment (implementing 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council).

Wydano dla producenta: AXIS Sp. z o.o., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska

Issued to manufacturer:

Dotyczy: wagi nieautomatycznej elektronicznej szalkowej lub podwieszanej jedno- lub dwuzakresowej ogólnego stosowania oraz do sprzedaży konsumenckiej
In respect of: one- or two-range electronic non-automatic weighing instrument as platform or hanging of general use or for direct sale to the public

typ: type:	BD	klasa dokładności: accuracy class:	II	III
	jednozakresowej one-range			dwuzakresowej two-range
Max:	0,3 kg ÷ 10 000 kg	Max:		0,6 kg ÷ 10 000 kg
Min:	50 e lub/or 20 e lub/or 5 e	Min:		50 e _i lub/or 20 e _i lub/or 5 e _i
e:	Max / n	e:		Max _i / n _i
n:	≤ 3000 lub/or ≤ 6000	n:		≤ 3000 lub/or ≤ 5000
d:	= e lub/or = 0,1 e	d:		= e _i
T:	-Max	T:		-Max

Wniosek końcowy: waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)
Final statement: non-automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment

Data ważności: 30.07.2023
Valid until:

Liczba stron: 16
Number of pages:

Numer sprawy: 286-BMP-4190-1/N9/PR/13
Reference number:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.

The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Wagi o obciążeniu maksymalnym Max nie przekraczającym 100 kg mogą być wykonane z przeznaczeniem do stosowania w bezpośrednim obrocie handlowym (sprzedaży konsumenckiej).

Instruments with a maximum capacity not greater than 100 kg can be prepared to be used for direct sale to the public.

Ta aktualizacja zastępuje poprzednią wersję certyfikatu.

This revision replaces previous version of the certificate.



Z up. Prezesa GUM
Dorota Flabich
Janina Maria Popowska
Prezes

Warszawa, 18.09.2013